

ナナオ社製医用画像表示モニターと HP Z210SFF Workstation の互換性一覧

Windows 7 Professional (64bit)にて検証



1st スロット		グラフィックスカード (PCI-Express x 16)	NVIDIA Quadro NVS300 Ver.270.71	NVIDIA Quadro NVS300 ※1 Ver.270.71	NVIDIA Quadro 400 Ver.270.71	NVIDIA Quadro 600 Ver.270.71
2nd スロット		グラフィックスカード (PCI-Express x 4)	—	NVIDIA Quadro NVS300 ※2 Ver.270.71	—	—
RadiForce G&R-Series	5MP モノクロ	GX530	—	—	●	●
		GS521	—	—	●	●
	3MP モノクロ	GX320	●	●	●	●
		GS320	●	●	●	●
	4MP カラー	RX430	—	—	●	●
	3MP カラー	RX320	● ※3	● ※3	●	●
	2MP モノクロ	GX220	●	●	●	●
		GS220	●	●	●	●
	2MP カラー	RX220	●	●	●	●
		RS210	●	●	●	●
	1MP モノクロ	SMD19102	●	●	●	●
	1MP カラー	RS110	●	●	●	●
RadiForce MX-Series	2.3MP カラー	MX241W	●	●	●	●
		MX240W	●	●	●	●
		MX220W	●	●	●	●
	2MP カラー	MX210	●	●	●	●
	1MP カラー	MX191	●	●	●	●
		MS170	●	●	●	●

●：対応 ×：非対応

【互換性テストのチェック項目】

- ・ BIOS 画面が正常に表示される
- ・ 指定されたグラフィックスボードのドライバが正常にインストールできる
- ・ インストール後グラフィックスボードが正常に OS に認識される。
- ・ モニタースペックに応じた推奨解像度、リフレッシュレート、駆動方式が正常に表示される
- ・ モニターが自動で認識される
- ・ RadiCS による TG -18QC パターンが正常に表示される
- ・ RadiCS のキャリブレーション機能が正常に動作する
- ・ システムスタンバイ状態から正常復帰する
- ・ システム休止状態から正常復帰する

【互換性確認用 PC の詳細】

システム HP Z210SFF/Intel XeonE3-1225, Memory 16GB, 500GB SATA HDD)

※BIOS:Ver.1.09

- ・System Recovery Z210 Windows7 64bit Professional HP Media 641036-B21 Disc 1
- ・System Recovery Z210 Windows7 64bit Professional HP Media 641037-B21 Disc 2

※1 BIOS バージョン 70.18.80.00.02 で検証

※2 BIOS バージョン 70.18.80.00.04 で検証

※3 モニターが認識されない場合があるため、270.61 で検証

☆弊社純正のグラフィックスボードが実装されて無い場合、マザーボードの交換や OS の再インストール時に正常起動できなかつたりサポートを受けられない場合があります。

当情報は、上記のグラフィックスボードとの互換性を保証するものではないことをご了承願います。ナナオ社での互換性確認結果であり、グラフィックスボード提供の情報と異なる場合があります。