

株式会社 JVC ケンウッド社製
 医用画像表示モニターと
 HP Z230 Workstation の互換性一覧
 検証OS : Windows® 7 Professional (32bit and 64bit)



グラフィックスカード モニター ▼ ▲		LVU2E9-N16 Ver. 9.18.13.1150	LVU3E2-A16 Ver. 8.982.8.1	LVU2E10-A16 Ver. 8.982.8.1
5M モノクロ	MS55i2	●	●	●
	MS53i2	●	●	●
3M モノクロ	MS33i2	●	●	●
	MS31i2	●	●	●
3M カラー	CCL358i2	●	●	●
	CCL352i2	●	●	●
	CCL356i2	●	●	●
2M モノクロ	MS23i2	●	●	●
2M カラー	CCL258i2	●	●	●
	CCL254i2	●	●	●
	CCL208	●	●	●
2.3M カラー	CCL240	●	●	●

● : 対応 × : 非対応

【互換性確認用 PC の詳細】

OS Windows® 7 Professional
 RestoreDVD Kit 650434-373
 BIOS:L51 v01.13

☆ 弊社純正のグラフィックスボードが実装されて無い場合、マザーボードの交換や OS の再インストール時に正常起動できなかったりサポートを受けられない場合があります。

【互換性テストのチェック項目】

検証内容

1. グラフィックスカードのドライバが正常にインストールできる
 2. インストール後にグラフィックスカードが正常に認識される
 3. モニタに応じた解像度を正常に表示できる
 4. 株式会社 JVC ケンウッド社製キャリブレーションソフトウェアの各種パターンが正常に表示される
 5. 株式会社 JVC ケンウッド社製キャリブレーションソフトウェアによるキャリブレーションが正常に動作する
 6. グラフィックスカードのドライバが正常にアンインストールできる
- この情報は株式会社 JVC ケンウッドでの互換性確認結果です。