

JVC / TOTOKU 医用画像表示モニターと HP Z2 Mini G3 Workstation の互換性一覧



検証OS : Windows® 7 Professional (64bit)

サイズ	タイプ	モニター	接続環境	結果
21.3	5Mモノクロ	MS55i2	CCL214 + MS55i2 + MS55i2 (計3面構成)	○
21.3	3Mモノクロ	MS35i2	CCL214 + MS35i2 + MS35i2 (計3面構成)	○
21.3	2Mモノクロ	MS25i2	CCL214 + MS25i2 + MS25i2 (計3面構成)	○
21.3	5Mカラー	CCL550i2	CCL214 + CCL550i2 + CCL550i2 (計3面構成)	○
30.0	6Mカラー	CCL650i2	CCL214 + CCL650i2 (計2面構成)	○
21.3	3Mカラー	CCL358i2	CCL214 + CCL358i2 + CCL358i2 (計3面構成)	○
21.3	2Mカラー	CCL258i2	CCL214 + CCL258i2 + CCL258i2 (計3面構成)	○
21.3	2Mカラー	CCL214	CCL214 + CCL214 + CCL214 + CCL214 (計4面構成)	○

【互換性確認用PCの詳細】

システム CPU Xeon E3-1225 v5 3.30GHz
BIOS 1.50A
OS Windows 7 Professional 64-bit
Graphics Quadro M620
Graphics driver Ver.375.86

【互換性テストのチェック項目】

検証内容

1. モニタに応じた解像度を正常に表示できる
2. 株式会社JVCケンウッド製キャリブレーションソフトウェアの各種パターンが正常に表示される
3. 株式会社JVCケンウッド製キャリブレーションソフトウェアによるキャリブレーションが正常に動作する

☆ 弊社純正のグラフィックスボードが実装されて無い場合、マザーボードの交換やOSの再インストール時に正常起動できなかつたりサポートを受けられない場合があります。